



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
бул. "Г.М.Димитров" № 52А
14
34-00-187-3 / 16-01-15г

ДО
Г-Н ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
ГР. САНДАНСКИ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че във връзка с Ваш сигнал, препратен от КЗП, изх. № Ц-03-8399/1.12.2014г., постъпил в ДАМТН с вх. № 34-00-187/3.12.2014г. е изготвен отговор до Вас, който Ви е изпратен по пощата с „М и БМ Експрес“ ООД на посочения от Вас адрес. Пощенската пратка е върната, тъй като получателят е непознат на адреса.

Отговорът на сигнала се счита за съобщен с поставянето на това съобщение на интернет страницата на ДАМТН – www.damtn.government.bg.

Можете да получите оригинала на отговора на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13, стая № 33.

СТЕФАН ЦАНКОВ
Председател на Държавна агенция
за метрологичен и технически надзор






РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



ДО
Г-Н ДЕЛЯН
УЛ. СЕРЕС № 8 (ОФИС)
2800 ГР. САНДАНСКИ

ГЕОРГИЕВ



КОПИЕ:
Г-Н ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПЛ. СЛАВЕЙКОВ 4А
ГР. СОФИЯ 1000
e-mail: info@kzp.bg

ОТНОСНО: Препратен сигнал от КЗП, изх. № Ц-03-8399/1.12.2014г., с вх. № 34-00-187/03.12.2014 г. в ДАМТН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с Ваш сигнал, на 17.12.2014 г. инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с участие на специалист от Българския институт по метрология (БИМ), извършиха извънредна надзорна проверка на лицето „Дакар-1“ ЕООД, стопанисващо бензиностанция, намираща се в гр. Асеновград, бул. „България“ № 88, за спазване задълженията му, произтичащи от Закона за измерванията (ЗИ).

При проверката се установи, че при зареждане на автомобилни газови уредби се използва за измервания, с цел осъществяване търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ колонка за втечен въглеродороден газ тип 8994.602/COM/LPG 110 BG с идентификационен 024/00 и бензиномерна колонка с модул за втечен въглеродороден газ тип RH Modul 62481 с идентификационен 00064. Върху двете колонки има налични знаци от проверка с валидност до месец юни 2015 г. Всички пломби, ограничаващи достъпа до регулиращите устройства и електронните блокове на колонките, са налични и с ненарушена цялост.

Извършени са контролни измервания на точността на четирите модула за газ на двете колонки от специалист от БИМ с еталонен разходомер. Резултатите от измерванията показаха грешка в рамките на максимално допустимата за средството за измерване в употреба - 1 %.

С уважение,

СТЕФАН ЦАНКОВ

Председател на Държавна агенция
за метрологичен и технически надзор