

Във връзка с постъпило запитване № 67-00-1547 в ДАМТН, даваме следните разяснения:

*Въпрос 1 по обособена позиция № 6 Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива, позиция 6.1 Сушилня:*

Ще приемете ли сушилня с по-добър температурен обхват?

Може ли да конкретизирате какъв трябва да бъде минималния обем на сушилнята. Например да бъде с обем от 50 литра до 250 литра или пък с обем от 100 литра до 250 литра?

Размерите на работната камера са обвързани с обема на сушилнята. В тази връзка ще приемете ли сушилня с различни от заложените размери на камерата (макс.размери: 750мм x 600мм x 550мм), като се вземе под внимание и предишния въпрос свързан с обема на сушилнята?

Ще приемете ли сушилня с различна от заложената мощност (2000W), като се вземе под внимание факта, че мощността на сушилнята също е обвързана с обема ѝ?

**Отговор:** Изискванията на Възложителя относно Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива, позиция 6.1 Сушилня са посочени в документацията за участие - Глава II. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации.

*Въпрос 2 по № 6 Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива, позиция 6.3. Прецизна аналитична везна*

Необходимо ли е точността на измерване от 0.01 mg да важи за целия обхват на везната? Допуска ли се везната да бъде двуобхватна, например до 82 g да бъде с точност на измерване от 0.01 mg, а за останалия обхват до 220 g да бъде с точност на измерване от 0.1 mg?

**Отговор:** Техническите характеристики, на които трябва да отговаря прецизната аналитична везна са посочени в документацията за участие - Глава II. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации.