

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „КАЛИБРИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ ВЕЗНИ ЗА
КОНТРОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ПРОДУКТИ – 7 БР.“

Във връзка с дейността на ГД „Метрологичен надзор“ към ДАМТН е необходимо да се извърши калибриране на **7 (седем) броя преносими везни** за контрол на предварително опаковани продукти, а именно:

Везна тип	Брой	Метрологични характеристики	Точки за калибриране /g/
BP 310-S	2	Клас на точност II e=0,01 g; d=0,001 g; Min 0,02 g; Max 310 g	0,02; 10; 50; 100; 200; 250; 300
LC 6200 S	1	Клас на точност II e=0,1 g; d=0,01 g; Min 0,5 g; Max 6200 g	500; 1000; 1500; 2000; 5000
BP 1200-S	1	Клас на точност II e=0,1 g; d=0,01 g; Min 0,05 g; Max 1200 g	0,5; 20; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 1200
PB 8001-S	3	Клас на точност II e=1 g; d=0,1 g; Min 5 g; Max 8100 g	5; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 4000; 5000; 6000; 8000

Участниците следва да са акредитирани от БСА за калибриране на преносими везни в посочения обхват.

За калибрирането на всяка везна следва да се издаде свидетелство за калибриране и заверено копие на него. Калибрирането следва да се извърши в гр. Бургас (3 броя везни) и гр. Плевен (4 броя везни).