

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „КАЛИБРИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОБЕМ - 15 БР.“

Във връзка с дейността на ГД „Метрологичен надзор“ към ДАМТН е необходимо да се извърши калибриране на **15 (петнадесет) броя мерки за обем**, а именно:

наименование/тип	Брой	Метрологични характеристики	Точки за калибриране /L/
мярка за обем 20 L	13	20 L	19,90; 20,00; 20,10
мярка за обем 50 L	2	50 L	49,75; 50,00; 50,25

Участниците следва да са акредитирани от БСА за калибриране на мерки за обем в посочения обхват.

За калибрирането на всяка мярка следва да се издаде свидетелство за калибриране и заверено копие на него.